ORTHOLY IPR BUR

歯科用ダイヤモンドバー
オルソリー IPR バー




IPR（ディスキング）を精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバー

オルソリー　IPRバー


医療機器分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
届出番号：13B3X00256000001

T018-06




包装・価格●φ0.18mm/6mm（fff）中心径0.3mm 6本
推奨回転数：30万回転以下

T028-06



包装・価格●φ0.28mm/6mm（fff）中心径0.4mm 6本
推奨回転数：30万回転以下

T038-06



包装・価格●φ0.38mm/6mm（fff）中心径0.5mm 6本
推奨回転数：30万回転以下

P050-06
P050-07




包装・価格●φ0.5mm/6mm（fff）6本
φ0.5mm/7mm（fff）6本
推奨回転数：10万回転以下

T-Assort



包装・価格●φ0.18mm/6mm（fff）2本・
φ0.28mm/6mm（fff）2本・φ0.38mm/6mm（fff）2本
推奨回転数：30万回転以下

CC025



包装・価格●φ0.25mm（fff）1本
推奨回転数：10万回転以下



ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

発　売　元　株式会社 ジーシー オルソリー
東京都板橋区蓮沼町76-1
製造販売元　株式会社日向和田精密製作所
東京都青梅市日向和田3-698
フリーダイヤル　0120-108-171
受付時間●10:00～16:00（土・日・祝日を除く）

ジーシーオルソリー ホームページ
www.gcortholy.com